English

Set up your Dexcom ONE+

1. Follow instructions on your display to set up your device. Refer to this document as needed.
2. Before you begin, read the Safety Statements and the instructions in the Dexcom ONE+ User Guide, available at **dexcom.com**.

   Each sensor lasts up to 10 days.

Download app

Download the Dexcom ONE+ app from the App Store or Google Play.

App Store | Google Play

Critical Safety Notices!

Warning

Turn On Dexcom ONE+ optional alerts

- No glucose alerts unless you turn them on.
- Turn on optional alerts during setup to get glucose and system alerts when sensor warmup is complete.
- If you don't turn on optional alerts, you might miss a severe low or high glucose event.

Dexcom ONE+ alerts won't override your display device settings

- If your display device (phone or Dexcom ONE+ receiver) is on silent or vibrate, you won't hear high or low glucose alerts.
- Turn on display device sound to hear alerts.
- Check your display device sound settings, or you may miss an alert.



Insert Sensor

1. Choose Sensor Site by Age

(with advice from your healthcare provider)

a. Age 7 years and older: Use back of upper arm or abdomen

b. Age 24 months – 6 years: Use back of upper arm, abdomen, or upper buttocks

Precaution, avoid areas:

- With loose skin or without enough fat to avoid muscles and bones
- That get bumped, pushed, or you lie on while sleeping
- Within 8 centimeters of infusion or injection site
- Near waistband or with irritations, scarring, tattoos, or lots of hair

To keep sensor attached see **dexcom.com/faqs**

2. Clean and Dry Site so Sensor Stays on

a. Wash hands with soap and water. Dry.
b. Rub site with an alcohol wipe to get rid of all oils.
c. Let dry completely so sensor will stick.

3. Unscrew Cap

- Don't touch inside applicator
- Don't use if damaged or previously opened

4. Use Applicator to Insert Sensor

Relax any muscles near site

① Press and hold applicator firmly against skin until clear safety guard is pushed in.

② Press the button while the guard is pushed in. **Tip: Pressing applicator firmly against the skin unlocks the button.**

5. Remove Applicator

a. Save applicator because you'll need its pairing code
b. Screw cap back on applicator

6. Rub and Press

To help keep the patch on your skin:
a. Rub firmly around patch 3 times
b. Gently press on top of sensor for 10 seconds

7. Use Overpatch

(when needed)
The overpatch helps keep the sensor on your skin. Find the overpatch in the sensor box.

a. Carefully pull off both clear liners, one at a time. Don't touch white adhesive area.
b. Use colored tab to place overpatch around sensor.
c. Rub around overpatch.
d. Use tab to peel off colored liner.
e. Rub around overpatch.

8. Continue Setup

- Go back to the app or receiver to finish setup.
- For tips on keeping the sensor attached, go to **dexcom.com/faqs**.

Adhesive Patch Care

- The longer you keep the patch dry and sweat-free in the first 12 hours, the longer it may stick to your skin.
- When it gets wet, gently pat it dry as soon as you can.
- If it peels off your skin, trim the peeled parts and put on a new overpatch or medical tape.

Safety Statements

Important user information

Read all indications, warnings, and precautions for your Dexcom ONE+. Read all product instructions in the Dexcom ONE+ User Guide. **Read the User Guide online or request a printed copy at dexcom.com.**

If you don't read and follow all Dexcom ONE+ instructions, you may get inaccurate sensor readings, miss alerts, or miss a severe low or high glucose event. Getting familiar with Dexcom ONE+ could take days, weeks, or even months.

Dexcom doesn't recommend continuous glucose monitoring for people who can't or won't:

- Use their blood glucose (BG) meter to test their blood glucose if their symptoms don't match their sensor readings
- Keep in touch with their healthcare provider about diabetes management

Indications for use

The Dexcom ONE+ Continuous Glucose Monitoring System (Dexcom ONE+) is a glucose monitoring system indicated for continuously measuring glucose in the interstitial fluid in persons ages 2 years and older, including pregnant women. Dexcom ONE+ is designed to replace fingerstick blood glucose (BG) testing for treatment decisions.

Interpretation of Dexcom ONE+ results should be based on glucose trends and several sequential sensor readings over time. Dexcom ONE+ also aids in the detection of episodes of hyperglycemia and hypoglycemia, facilitating both acute and long-term therapy adjustments.

Dexcom ONE+ is intended for use by patients at home and in healthcare facilities.

Contraindications

No MRI/CT/diathermy — MR unsafe: Don't wear any Dexcom ONE+ component during magnetic resonance imaging (MRI) or high-frequency electrical heat (diathermy) treatment. However, it's safe to have a CT scan if you keep the sensor out of the scanned area and cover the sensor with a lead apron during the scan.

Dexcom ONE+ hasn't been tested in those situations. When used during an MRI scan, diathermy, or in the scanned area of a CT scan, the magnetic fields and heat could damage components of Dexcom ONE+, which may cause inaccurate sensor readings or prevent alerts. Without sensor readings or alerts, you might miss a severe low or high glucose event.

Warnings

Before using this product, read the instructions in the Dexcom ONE+ User Guide, available at dexcom.com.

Don't ignore low or high symptoms: Use your BG meter to make treatment decisions when your sensor readings don't match your low or high symptoms. If needed, seek immediate medical attention.

No number, no arrow, no CGM treatment decision: Use your BG meter to make treatment decisions when your Dexcom ONE+ doesn't show both a number and trend arrow. Also use your BG meter during the 30-minute sensor warmup period.

Don't use if you are on dialysis or critically ill: Dexcom ONE+ performance hasn't been evaluated in these populations and sensor readings may be inaccurate.

Sensor wire breaks off: Don't ignore broken or detached sensor wires. If this happens, please contact Dexcom Technical Support at **dexcom.com** or contact your local Dexcom representative.

If a sensor wire breaks off or detaches under your skin and you can't see it, don't try to remove it. Contact your healthcare provider if you have symptoms of infection or inflammation — redness, swelling, or pain — at the insertion site.

Where to insert — arm, abdomen, or buttocks: All patients can use their abdomen and back of upper arm. Patients 2 to 6 years old can also choose their upper buttocks. The sensor isn't tested or approved for other sites. Discuss the best site for you with your healthcare provider.

Where to store: You can store your sensors at room temperature or in your refrigerator, between 2°C and 30°C, but not in the freezer.

Inspect: Don't use any damaged or cracked Dexcom ONE+ component because it may not work correctly and could cause injuries from electrical shocks.

Use as directed: Dexcom ONE+ is small and may pose a choking hazard if swallowed.

Check settings

Phone volume and sound: Make sure your phone volume is turned up, not muted, and the speaker works. If your phone is on mute, "Total Silence," or "Do Not Disturb" mode, you won't get Dexcom ONE+ alerts. When headphones are connected to your phone, alerts will sound through the headphones only, not on your phone speaker.

Bluetooth wireless technology: Make sure your *Bluetooth* is on. If not, you won't get readings or alerts.

Notifications:

- Make sure your phone settings follow Dexcom's recommended settings. Certain phone settings such as Android's Digital Wellbeing and Apple's Screen Time may prevent notifications if turned on.
- Allow Dexcom ONE+ app notifications to show on your Lock screen. This ensures you receive Dexcom notifications and allows you to see your notifications without unlocking your phone.
- Android users must allow Location Permission, Do Not Disturb Access, and Notifications to use the app.
- Apple users must allow Location Permission to use the app.

Battery: Keep the battery charged.

Compatibility: Before upgrading your phone or its operating system, check **dexcom.com/compatibility**. Automatic updates to the app or phone operating system can change settings or shut down the app. Always update manually and verify correct device settings afterward.

While connected to the internet, the app checks periodically and will display a message if it's not compatible (or no longer compatible) with your phone or your phone's operating system (OS). The message may include a timeframe for updates.

Time: Let the date and time on your smart device automatically update when you travel across time zones or switch between standard and daylight saving times. Don't manually change your smart device time because you may not get readings or alerts, and it may make the time on the trend screen wrong.

Use electrical equipment as directed:

Use of accessories, cables, adapters and chargers other than those specified or provided by the manufacturer of this equipment could result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of this equipment and result in improper operation.

Portable radio frequency communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30 centimeters to any part of Dexcom ONE+ including cables specified by the manufacturer. Otherwise, degradation of the performance of this equipment could result.

Use of this equipment adjacent to, or stacked with, other equipment should be avoided because it could result in improper operation.

Don't modify: No modifications to Dexcom ONE+ are allowed.

Precautions

Secure internet: Only use a cellular internet connection, a trusted Wi-Fi network (like your home or office), or use a secure internet connection such as a VPN service when using your Dexcom ONE+ system.

Don't use unsecured public Wi-Fi such as guest networks in other's homes, restaurants, schools, libraries, hotels, airports, airplanes, etc. Those could expose your Dexcom ONE+ system to viruses or hacking.

Check accessories: When using accessories such as headphones, *Bluetooth* speakers, or smartwatches, you may get your alerts on one only, not all. After connecting any accessories, make sure that your phone settings allow you to continue receiving alerts.

Clean and dry skin: If your insertion site and hands aren't clean and dry, you run the risk of infection and the sensor not sticking well. Clean your insertion site with alcohol wipes to prevent infections. Before insertion and during your sensor session, don't apply insect repellent, sunscreen, perfume, or lotion on your insertion site or sensor. This may cause the sensor to not stick well or could damage your Dexcom ONE+.

Hydroxyurea: If you are taking hydroxyurea, your sensor readings may be falsely elevated and result in missed hypoglycemia alerts or errors in diabetes management decisions. The level of inaccuracy depends on the amount of hydroxyurea in your body. Use your meter if you have taken hydroxyurea.

Be accurate, be quick: If you calibrate your Dexcom ONE+ using your BG meter, enter the BG meter value on your meter within five minutes of measuring your BG.

Use fingertips: Use a BG sample from your fingertips when calibrating as blood glucose from other places may be less accurate and not as timely. Calibration is not required but you can do optional BG calibration to align with your meter.

Don't start past the Use By Date: Don't start a sensor past its Use By Date (YYYY-MM-DD) because it may give incorrect results. You can start a new sensor on or before its Use By Date. This gives you full wear.

Check package: Don't use your Dexcom ONE+ if the applicator and/or sterile cap has been damaged or opened, because it might cause an infection. Don't remove cap until ready for insertion.

Where to insert — things to check: Dexcom ONE+ insertion safety guard is enabled until you press the Dexcom ONE+ applicator down against your skin. Only do this when ready to insert.

Change your insertion site with each sensor to allow the skin to heal.

Going through security check point: You can wear the Dexcom ONE+ sensor for the walkthrough metal detector and Advanced Imaging Technology (AIT) body scanner. If you do, use your BG meter for treatment decisions until you leave the security area. This is because Dexcom ONE+ hasn't been tested with every x-ray and security scanner and you may not be able to bring a display device.

You can also ask for hand-wanding or full-body pat-down and visual inspection instead of going through any walkthrough body scanners or putting any part of Dexcom ONE+ in the baggage scanning machine.

Keep your sensor close to display device: Keep your sensor and display device within 6 meters with no obstacles between them. Otherwise, they might not be able to communicate.

Use correct components: Dexcom ONE+ components aren't compatible with any previous Dexcom products. Don't mix with different generations.

Get alerts on display device you use: To get your alerts, set them on the display device you use. Your receiver won't get the alerts you set in your app. Likewise, your app won't get the alerts you set on your receiver.

Display device is on: Make sure your display device is turned on or you won't receive sensor readings or alerts.

Share and Follow

If available in your region, use Dexcom Share to send your sensor information from your app to your Followers' smart devices (Dexcom Follow app).

Use as secondary notice: Your Followers' information is always older than yours.

Warning

Don't use Followers' information for analysis, teaching, or treatment decisions, like treating for a low or dosing for a high. Use your Dexcom ONE+ app or receiver to make treatment decisions.

Follow healthcare provider advice: Share isn't intended to replace self-monitoring practices as advised by your healthcare provider.

Additional information

Reporting serious incident: Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported to the manufacturer and the health authority of your country.

Insertion risks: In rare cases, inserting the sensor can cause infection, bleeding, or pain, and wearing the adhesive patch can irritate your skin.

Overall accuracy (lower is better): Mean ARD% (MARD) (% average absolute difference versus reference glucose across the range of glucose levels): Adults, 8.7%; pediatrics, 8.5%.

Packaging Symbols

Symbols are on the Dexcom ONE+ packaging. They show proper and safe use of the Dexcom ONE+. Some of these symbols may not have meaning in your region and are listed for informational purposes only. Below is a list of each symbol and its meaning.

Symbol	Definition
	Bluetooth is on; device pairing is enabled
IPXX	IPXX Degree of Ingress Protection, see Technical Information for product detail
UK REP	UK Responsible Person
UK CA	UK Marking of Conformity
ICASA	Independent Communications Authority of South Africa
R-NZ	New Zealand Radio Compliance

EC REP
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Germany
CE 2797

UK REP
MDSS-UK RP Ltd.
6 Wilmslow Road, Rusholme
Manchester M14 5TP
United Kingdom
UK CA 0086

Dexcom Lithuania UAB
Šeimyniškių g. 19
LT-09312 Vilnius
Lithuania

Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA
Outside US: Contact your local Dexcom representative

+1-858-200-0200
dexcom.com

Dexcom is a registered trademark of Dexcom, Inc. in the United States and/or other countries. All other product or company names that may be mentioned in this publication are tradenames, trademarks or registered trademarks of their respective owners.

© 2023 Dexcom, Inc. All rights reserved

AW-1000311-907 Rev 002 MT-1000311-907
Rev Date: 2023/09

Configurar el Dexcom ONE+

1. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para configurar el dispositivo. En caso necesario, consulte este documento.
2. Antes de comenzar, lea las declaraciones de seguridad y las instrucciones incluidas en la guía del usuario del DEXCOM ONE+, disponibles en **dexcom.com**.

   Cada sensor dura un máximo de 10 días.

Descargar la aplicación

Descargue la aplicación Dexcom ONE+ en la App Store o en Google Play.

App Store Google Play

Avisos críticos de seguridad

Advertencia

Activar las alertas opcionales de Dexcom ONE+

- No recibirá alertas de glucosa a menos que estén activadas.
- Active las alertas opcionales durante la configuración para recibir las alertas de glucosa y del sistema una vez que se complete el calentamiento del sensor.
- Si no activa las alertas opcionales, puede que se pase por alto un evento grave de glucosa alta o baja.

Las alertas del Dexcom ONE+ no anulan la configuración del dispositivo de visualización

- Si el dispositivo de visualización (teléfono o receptor Dexcom ONE+) está en el modo de silencio o de vibración, no escuchará las alertas de glucosa alta o baja.
- Active el sonido del dispositivo de visualización para escuchar las alertas.
- Compruebe la configuración de sonido del dispositivo de visualización, puesto que, de lo contrario, puede pasar por alto una alerta.



Inserte el sensor

1. Elegir ubicación del sensor según edad

(y el consejo de su proveedor de atención médica)

a. 7 años o más: El sensor puede insertarse en la parte posterior del brazo o en el abdomen
b. de 24 meses a 6 años: el sensor puede insertarse en la parte posterior del brazo, en el abdomen o en la parte superior de los glúteos

Precaución, evite áreas:

- que presenten piel flácida o no tengan grasa suficiente para poder evitar la inserción en músculos o huesos
- Propensos a recibir golpes o algún tipo de presión o sobre los que se apoya al dormir
- que se encuentren a menos de 8 cm de un lugar de perfusión o inyección
- que estén situadas cerca de la cintura o que presenten irritaciones, cicatrices, tatuajes o una cantidad excesiva de vello

Para mantener el sensor conectado, consulte **dexcom.com/faqs**

2. Lave y seque la zona de forma que el sensor permanezca activado

a. Lávese las manos con agua y jabón. Séquese.
b. Frote la zona con una toallita humedecida en alcohol para eliminar cualquier resto de aceite.
c. Espere a que la zona se seque por completo para que el sensor se adhiera correctamente.

3. Desenrosque la tapa

- No toque el interior del aplicador
- No lo utilice si está roto o abierto

4. Utilice el aplicador para insertar el sensor

Relaje los músculos cerca del lugar de aplicación

① Presione y sostenga el aplicador firmemente contra la piel hasta que se ajuste la protección de seguridad transparente.

② Pulse el botón mientras el protector esté colocado. **Sugerencia: Presione el aplicador firmemente contra la piel para desbloquear el botón.**

5. Remueva el aplicador

a. Guarde el aplicador, pues necesitará el código de emparejamiento.
b. Vuelva a ponerle la tapa al aplicador

6. Frote y presione

Para que el parche se mantenga adherido a la piel:

a. Frote el parche con firmeza 3 veces
b. Presione con delicadeza la parte superior del sensor durante 10 segundos

7. Utilice el sobreparche

(Cuando sea necesario)

El sobreparche ayuda a mantener el sensor adherido a la piel. Busque el sobreparche en la caja del sensor.

a. Despegue con cuidado los dos revestimientos transparentes, uno a uno. No toque el área adhesiva blanca.
b. Use la pestaña de color para colocar el sobreparche alrededor del sensor.
c. Frote el sobreparche.
d. Use la pestaña para despegar el revestimiento de color.
e. Frote el sobreparche.

8. Continuar la configuración

- Vuelva a la aplicación o al receptor para finalizar la configuración.
- Para obtener consejos sobre cómo mantener el sensor acoplado, visite **dexcom.com/faqs**.

Cuidado del parche adhesivo

- Cuanto más tiempo mantenga el parche seco y sin sudor durante las primeras 12 horas, más tiempo este permanecerá adherido a la piel.
- Cuando se moje, en cuanto pueda seque delicadamente sin frotar.
- Si se despega de la piel, recorte las partes despegadas y coloque un sobreparche o una cinta adhesiva de grado médico.

Declaraciones de seguridad

Información importante para el usuario

Lea atentamente todas las indicaciones, advertencias y precauciones del Dexcom ONE+. Lea atentamente todas las instrucciones del producto en la guía del usuario del Dexcom ONE+. **Lea la guía del usuario en línea o solicite una copia impresa en dexcom.com.**

Si no lee ni sigue todas las instrucciones de Dexcom ONE+, es posible que las lecturas del sensor sean imprecisas, o que se pasen por alto alertas o un evento grave de glucosa alta o baja. Familiarizarse con el Dexcom ONE+ puede llevar días, semanas o incluso meses.

Dexcom no recomienda el monitoreo continuo de glucosa para aquellas personas que no puedan o no deseen realizar lo siguiente:

- utilizar el medidor de glucosa en sangre (GS) para probar su glucosa en sangre si sus síntomas no coinciden con las lecturas del sensor
- mantenerse en contacto con su proveedor de salud sobre el control de la diabetes

Indicaciones de uso

El sistema de monitoreo continuo de glucosa Dexcom ONE+ (en lo sucesivo, el Dexcom ONE+) es un sistema de monitoreo de glucosa indicado para la medición continua de glucosa en el líquido intersticial de personas mayores de 2 años, inclusive mujeres embarazadas. El Dexcom ONE+ está diseñado para reemplazar las pruebas de glucosa en sangre (GS) mediante lectura de glucemia capilar a la hora de tomar decisiones de tratamiento.

La interpretación de los resultados del Dexcom ONE+ debe basarse en las tendencias de glucosa y en las diversas lecturas secuenciales que el sensor realiza a lo largo del tiempo. El Dexcom ONE+ también ayuda a detectar episodios de hiperglucemia e hipoglucemia, lo que facilita los ajustes del tratamiento a corto y largo plazo.

El Dexcom ONE+ está destinado al uso por parte de los pacientes en sus casas y en centros de salud.

Contraindicaciones

No utilizar durante pruebas de RMN o tomografía computarizada ni durante tratamientos de diatermia: no es seguro para entornos de RM. No lleve ningún componente del Dexcom ONE+ mientras se someta a pruebas de resonancia magnética nuclear (RMN) o a tratamientos térmicos eléctricos de alta frecuencia (diatermia). No obstante, puede someterse de forma segura a una tomografía computarizada (TC) si mantiene el sensor fuera del área explorada y lo cubre con un delantal de plomo durante
la exploración.

El Dexcom ONE+ no se ha probado en tales situaciones. Cuando se utiliza durante una exploración de RMN, durante un tratamiento de diatermia o en el área explorada de una tomografía computarizada, los campos magnéticos y el calor pueden dañar los componentes del Dexcom ONE+, lo que a su vez puede hacer que las lecturas del sensor sean imprecisas o que se impidan las alertas. Si faltan lecturas del sensor o alertas, puede que se pase por alto un evento grave de glucosa alta o baja.

Advertencias

Lea las instrucciones incluidas en la guía del usuario el DEXCOM ONE+, disponibles en dexcom.com, antes de utilizar este producto.

No ignore los síntomas de nivel bajo o alto: Utilice un medidor de GS para tomar decisiones de tratamiento si las lecturas del sensor no coinciden con sus síntomas de nivel bajo o alto. Si es necesario, busque atención médica inmediata.

Sin números ni flechas, no base las decisiones de tratamiento en la MCG: Utilice un medidor de GS para tomar decisiones de tratamiento si el Dexcom ONE+ no muestra un número y una flecha de tendencia. Asimismo, utilice un medidor de GS durante el periodo de calentamiento del sensor de 30 minutos.

No lo utilice si se somete a diálisis o padece una enfermedad grave: El rendimiento del Dexcom ONE+ no se ha evaluado en estas poblaciones, por lo que las lecturas del sensor pueden ser imprecisas.

El alambre del sensor se rompe: No ignore los alambres del sensor rotos o desprendidos. Si esto ocurre, contacte con el soporte técnico de Dexcom en **dexcom.com** o bien, con su representante local de Dexcom.

Si un alambre del sensor se rompe o se desprende debajo de la piel y no puede verlo, no intente extraerlo. Contacte con su profesional sanitario si presenta síntomas de infección o inflamación (enrojecimiento, hinchazón o dolor) en el sitio de colocación.

Dónde insertar: brazo, abdomen o glúteos: Todos los pacientes pueden insertarse el sensor en el abdomen o la parte posterior del brazo. Los pacientes de 2 a 6 años también pueden hacerlo en la parte superior de los glúteos. El sensor no se ha probado ni aprobado para otros sitios. Analice cuál es la mejor zona para usted con su proveedor de salud.

Lugar de almacenamiento: Puede conservar los sensores a temperatura ambiente o en el refrigerador, a una temperatura comprendida entre 2 °C y 30 °C, pero no en el congelador.

Inspeccione: No utilice ningún componente del Dexcom ONE+ que esté dañado o agrietado, pues puede que no funcione correctamente y que provoque lesiones causadas por descargas eléctricas.

Siga las instrucciones de uso: El Dexcom ONE+ es un producto de pequeño tamaño, por lo que puede entrañar riesgo de asfixia si se ingiere.

Compruebe la configuración

Volumen y sonido del teléfono: Asegúrese de que el volumen del teléfono esté activado (no silenciado) y de que el altavoz funcione. Si el teléfono está silenciado (en el modo «Silencio total» o «No molestar»), no recibirá ninguna alerta del Dexcom ONE+. Si tiene auriculares conectados al teléfono, las alertas solo sonarán a través de dichos auriculares, pero no en el altavoz del teléfono.

Tecnología inalámbrica **Bluetooth**: asegúrese de que su *Bluetooth* esté activado. Si no es así, no podrá recibir lecturas ni alertas.

Notificaciones:

- Asegúrese de que la configuración del teléfono sea la recomendada por Dexcom. Si habilita ciertas opciones de configuración del teléfono, como Bienestar digital de Android y Tiempo en pantalla de Apple, puede que se impidan las notificaciones.
- Así pues, habilite la presentación de notificaciones de la aplicación Dexcom ONE+ en la pantalla de bloqueo. De esta manera, recibirá las notificaciones de Dexcom y podrá verlas sin tener que desbloquear el teléfono.
- Los usuarios de Android deben activar el permiso de ubicación, el acceso a No molestar y las notificaciones para usar la aplicación.
- Los usuarios de Apple deben habilitar el permiso de ubicación para utilizar la aplicación.

Batería: Mantenga la batería cargada.

Compatibilidad: Antes de actualizar el teléfono o el sistema operativo, visite la página **dexcom.com/compatibility**. Las actualizaciones automáticas de la aplicación o del sistema operativo del teléfono pueden cambiar la configuración o cerrar la aplicación. Realice siempre la actualización de forma manual y, después, verifique que la configuración del dispositivo sea correcta.

Mientras está conectado a Internet, la aplicación verifica periódicamente y mostrará un mensaje si no es compatible (o ya no es compatible) con su teléfono o el sistema operativo (SO) de su teléfono. El mensaje puede incluir un plazo para las actualizaciones.

Hora: Habilite la actualización automática de la fecha y la hora del dispositivo inteligente cuando viaje a lugares con otras zonas horarias, así como para cambiar entre el horario de invierno y el de verano. No cambie la hora del dispositivo inteligente de forma manual, pues es posible que no reciba lecturas o alertas y puede que aparezca una hora incorrecta en la pantalla de tendencia.

Use el equipo eléctrico como se indica:

El uso de accesorios, cables, adaptadores y cargadores de pared distintos de los especificados o proporcionados por el fabricante de este equipo puede aumentar las emisiones electromagnéticas o disminuir su inmunidad electromagnética, así como provocar un funcionamiento incorrecto.

Los equipos portátiles de comunicaciones por radiofrecuencia (incluidos los periféricos, como los cables de antenas y las antenas externas) deben utilizarse a una distancia no inferior a 30 centímetros de cualquier parte del Dexcom ONE+, inclusive los cables especificados por el fabricante. De lo contrario, podría verse afectado el rendimiento de este equipo.

Debe evitarse el uso de este equipo junto a otro equipo o apilado con él, ya que podría ocasionar un funcionamiento incorrecto.

No modifique el dispositivo: No está permitido realizar modificaciones en el Dexcom ONE+.

Precauciones

Conexión segura a Internet: Siempre que emplee el sistema Dexcom ONE+, utilice únicamente una conexión a Internet móvil, una red Wi-Fi de confianza (como la de su casa u oficina) o una conexión a Internet segura, como un servicio VPN.

No utilice redes Wi-Fi públicas no seguras, como las redes de invitados de hogares de otras personas, restaurantes, escuelas, bibliotecas, hoteles, aeropuertos, aviones, etc., pues esto puede exponer al sistema Dexcom ONE+ a virus o hackeos.

Compruebe los accesorios: Si utiliza accesorios como auriculares, altavoces *Bluetooth* o relojes inteligentes, es posible que reciba las alertas solo en uno de ellos, no en todos. Después de conectar cualquiera de estos accesorios, asegúrese de que la configuración de su teléfono permita seguir recibiendo alertas.

Limpie y seque la piel: Si las manos y el sitio de colocación no están limpios y completamente secos, existe el riesgo de sufrir una infección y de que el sensor no se adhiera bien. Para prevenir infecciones, limpie el sitio de colocación con toallitas humedecidas en alcohol. Antes de la inserción y durante la sesión del sensor, no aplique repelentes de insectos, protectores solares, perfumes ni lociones en el sitio de colocación ni en el sensor, pues esto puede hacer que el sensor no se adhiera correctamente o incluso dañar el Dexcom ONE+.

Hidroxiurea: Si está tomando hidroxiurea, las lecturas del sensor pueden mostrar valores de glucosa falsamente elevados, lo que a su vez puede dar lugar a omisiones de las alertas de hipoglucemia o a errores en el control de la diabetes. El nivel de inexactitud depende de la cantidad de hidroxiurea en el cuerpo. Utilice un medidor si ha tomado hidroxiurea.

Sea preciso, sea rápido: Si calibra el Dexcom ONE+ con un medidor de GS, introduzca los valores de dicho medidor en su medidor durante los cinco minutos siguientes a la medición de su GS.

Utilice las yemas de los dedos: Utilice una muestra de glucosa en sangre de la yema del dedo para realizar la calibración, pues la glucosa en sangre de otros lugares puede ser menos precisa y no tan oportuna. No es necesario realizar una calibración, pero puede realizar una calibración opcional de la glucosa en sangre para alinearla con el medidor.

No comience después de la fecha de vencimiento: No ponga en servicio un sensor después de su fecha de vencimiento (AAAA-MM-DD), pues puede dar lugar a resultados incorrectos. Puede iniciar un nuevo sensor al momento o antes de la fecha de vencimiento. Esto le da un uso completo.

Revise el paquete: No utilice el Dexcom ONE+ si el aplicador y/o la tapa estéril están dañados o abiertos, pues esto puede provocar una infección. No quite la tapa hasta que esté listo para la inserción.

Dónde insertar: puntos a tener en cuenta: La protección de seguridad de inserción del Dexcom ONE+ permanece habilitada hasta que el aplicador del Dexcom ONE+ se presiona contra la piel. Hágalo únicamente cuando esté listo para la inserción.

Elija un sitio de colocación distinto cada vez que cambie el sensor para permitir que la piel cicatrice correctamente.

Paso por controles de seguridad: Puede llevar el sensor del Dexcom ONE+ para pasar por un arco detector de metales o por un escáner corporal de tecnología avanzada de procesamiento de imágenes (AIT). En ese caso, utilice el medidor de GS para tomar decisiones de tratamiento hasta que salga del área de seguridad. Esto se debe a que el Dexcom ONE+ no se ha probado con todos los escáneres de rayos X y de seguridad existentes, y puede que no admitan un dispositivo de visualización.

También puede pedir que le pasen un detector de varilla, que le realicen un cacheo de cuerpo entero o una inspección visual en lugar de pasar por el escáner corporal o de poner cualquier componente del Dexcom ONE+ en la máquina de rayos X de equipajes.

Mantenga el sensor cerca del dispositivo de visualización: Mantenga una distancia de separación de no más de 6 metros entre el sensor y el dispositivo de visualización y procure que no haya obstáculos de por medio. De lo contrario, existe el riesgo de que se desvinculen.

Utilice los componentes correctos: Los componentes del Dexcom ONE+ no son compatibles con ningún producto anterior de Dexcom. Así pues, no mezcle componentes de diferentes generaciones.

Reciba las alertas en el dispositivo de visualización que utilice: Para recibir alertas, configúrelas en el dispositivo de visualización que está utilizando. El receptor no recibirá las alertas que se hayan configurado en la aplicación. Del mismo modo, la aplicación no recibirá las alertas que se hayan configurado en el receptor.

El dispositivo de visualización está encendido: Asegúrese de que el dispositivo de visualización esté encendido o no recibirá alertas ni lecturas del sensor.

Share y Follow

Si está disponible en su región, utilice Dexcom Share para enviar la información del sensor a la aplicación de los dispositivos inteligentes de sus seguidores (aplicación Dexcom Follow).

Uso como aviso secundario: la información de sus seguidores es siempre más antigua que la suya.

Advertencia

No utilice la información de los seguidores para realizar análisis ni enseñanzas, ni para tomar decisiones sobre tratamiento, como el tratamiento para un nivel bajo o la dosificación para un nivel alto. Utilice la aplicación Dexcom ONE+ o el receptor para tomar decisiones de tratamiento.

Siga los consejos del médico: la opción Share no está concebida para sustituir las prácticas de autocontrol recomendadas por el médico.

Información adicional

Notificación de incidentes graves: Cualquier problema grave que se haya producido en relación con este dispositivo debe comunicarse al fabricante y a la autoridad de salud del país que corresponda.

Riesgos de inserción: En casos poco comunes, la inserción del sensor puede causar infección, sangrado o dolor, y el uso del parche adhesivo puede irritar la piel.

Precisión general (tanto menor, mejor): DRA media % (% de diferencia relativa absoluta media frente a la glucosa de referencia en el rango de niveles de glucosa) Adultos: 8,7 %, pacientes pediátricos: 8,5 %.

Símbolos del paquete

En la caja del Dexcom ONE+ encontrará algunos símbolos, cuya función es indicarle el uso adecuado y seguro del Dexcom ONE+. Es posible que algunos de estos símbolos no sean aplicables a su región y que se mencionen solo con fines informativos. A continuación, verá una lista con cada símbolo y su significado.

Símbolo	Definición
	El Bluetooth está activado; el emparejamiento del dispositivo está habilitado
IPXX	IPXX Grado de protección contra ingreso, consulte información técnica sobre el producto
UK REP	Persona responsable en el Reino Unido

Símbolo	Definición
UK CA	Marcado del Reino Unido de conformidad
ICASA	Autoridad Independiente de Comunicaciones de Sudáfrica
R-NZ	Cumplimiento de las leyes de radiocomunicaciones de Nueva Zelanda

EC REP
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Germany

Dexcom Lithuania UAB
Šeimyniškių g. 19
LT-09312 Vilnius
Lithuania

CE
2797

Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA

+1-858-200-0200
dexcom.com

Fuera de los Estados Unidos: Póngase en contacto con su representante local de Dexcom
Dexcom es una marca registrada de Dexcom, Inc. en los Estados Unidos y/o otros países. Todos los demás nombres de productos o empresas que pueden mencionarse en esta publicación son nombres comerciales, marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

Installera din Dexcom ONE+

1. Följ anvisningarna på din display för att installera din enhet. Se vid behov detta dokument.
2. Innan du börjar ska du läsa säkerhetsanvisningarna och anvisningarna i användarguiden för Dexcom ONE+, som finns på **dexcom.com**.

   Varje sensor håller upp till 10 dagar.

Ladda ned appen

Ladda ned Dexcom ONE+-appen från App Store eller Google Play.

App Store | Google Play

Kritiska säkerhetsnotiser!

Varning

Sätt på valbara varningar för Dexcom ONE+

- Inga glukosvarningar såvida du inte sätter på dem.
- Sätt på valda varningar under installationen för att få glukos- och systemvarningar när uppvärmningen av sensorn är slutförd.
- Om du inte sätter på valda varningar kan du missa en allvarlig händelse med lågt eller högt glukosvärde.

Dexcom ONE+-varningar åsidosätter inte din display-enhets inställningar

- Om din display-enhet (mobiltelefon eller Dexcom ONE+-mottagare) är på tyst eller vibration, hör du inga varningar för högt eller lågt glukosvärde.
- Sätt på display-enhetens ljud för att höra varningar.
- Kontrollera din display-enhets ljudinställningar – annars kan du missa en varning.



Sätt in sensorn

1. Välj sensorplats efter ålder

(med råd från din vårdgivare)

a. 7 år och äldre: Använd baksidan av överarmen eller buken

b 2 år till 6 år: Använd baksidan av överarmen, buken eller skinkans övre del

Undvik områden:

- Med lös hud eller utan tillräckligt med fett för att undvika muskler och skelett
- Som blir stött, knuffad eller som du ligger på medan du sover
- Inom 8 centimeter från injektionsstället
- Nära midjan eller med irritationer, ärr, tatueringar eller mycket hår

Se **dexcom.com/faqs** för att hålla sensorn fäst

2. Rengör och torka

a. Tvätta händerna med tvål och vatten. Torka.

b. Torka av stället med en alkoholservett för att avlägsna alla oljor.

c. Vänta tills stället är helt torrt.

3. Skruva av locket

- Vidrör inte applikatorns insida
- Använd inte om den är skadad eller tidigare öppnad

4. Använd applikator för att sätta in sensor

Slappna av i musklerna nära platsen

① Tryck och håll applikatorn stadigt mot huden tills den genomskinliga skyddsanordningen trycks in.

② Tryck sedan på knappen på sidan av applikatorn. **Tips: Tryck applikatorn stadigt mot huden för att låsa upp knappen.**

5. Ta bort applikatorn

a. Spara applikatorn eftersom du kommer att behöva dess parkopplingskod

b. Skruva tillbaka locket på applikatorn

6. Gnugga och tryck

För att hjälpa till att hålla häftan på huden:

a. Gnugga ordentligt runt häftan 3 gånger

b. Tryck försiktigt på sensorns ovansida i 10 sekunder

7. Använd förstärkningshäfta

(vid behov)

Förstärkningshäftan hjälper till att hålla sensorn på plats. Leta reda på förstärkningshäftan i sensorförpackningen.

a. Dra försiktigt av de båda genomskinliga skydden, ett i taget. Vidrör inte det vita självhäftande området.

b. Använd färgad flik för att placera förstärkningshäftan runt sensorn.

c. Gnugga runt förstärkningshäftan.

d. Använd fliken för att dra av det färgade skyddet.

e. Gnugga runt förstärkningshäftan.

8. Fortsätt installationen

- Gå tillbaka till appen eller mottagaren för att slutföra installationen.
- Tips om hur du håller sensorn fäst hittar du på **dexcom.com/faqs**.

Skötsel av häfta

- Ju längre du håller häftan torr och svettfri under de första 12 timmarna, desto längre kan den sitta fast på huden.
- När den blir blöt, klappa den försiktigt torr så snart du kan.
- Om den lossnar från huden, klipp av de delar som sitter löst och sätt på en ny förstärkningshäfta eller medicinsk tejp.

Säkerhetsanvisningar

Viktig användarinformation

Läs indikationerna, varningarna, försiktighetsåtgärderna och anvisningarna för din Dexcom ONE+. **Läs användarguiden online eller beställ ett tryckt exemplar på dexcom.com.**

Om du inte gör det kan du få felaktiga sensorvärden, missa varningar och missa en händelse med akut låga eller höga glukosvärden. Det kan ta flera dagar, veckor eller till och med månader att bekanta dig med Dexcom ONE+.

Dexcom rekommenderar inte kontinuerlig glukosmätning för personer som inte kan eller vill:

- Använda sin blodglukosmätare för att testa sitt blodglukos om deras symptom inte matchar deras sensorvärden
- Hålla kontakten med sin vårdgivare om diabetesbehandlingen

Indikationer för användning

Dexcom ONE+-systemet för kontinuerlig glukosmätning (Dexcom ONE+) är ett glukosmätningssystem som indikeras för kontinuerlig glukosmätning i den interstitiella vätskan hos personer som är minst 2 år, inklusive gravida kvinnor. Dexcom ONE+-systemet är konstruerat för att ersätta blodglukostestning med stick i fingret för behandlingsbeslut.

Tolkningen av resultaten från Dexcom ONE+ bör baseras på glukostrender och flera sensorvärden efter varandra över tid. Dexcom ONE+ bidrar också till att upptäcka händelser med hyperglykemi och hypoglykemi, vilket underlättar både akuta och långsiktiga behandlingsjusteringar.

Dexcom ONE+ är avsedd att användas av patienter hemma och på vårdinrättningar.

Kontraindikationer

Ingen magnetröntgen/datortomografi/diatermi – ej säker för magnetröntgen: Använd inte någon komponent i Dexcom ONE+ under magnetröntgen (MRI) eller diatermi-behandling (högfrekvent elektrisk värme). Du kan dock genomföra en CT-skanning om du har sensorn utanför det skannade området och täcker sensorn med ett blyförkläde under skanningen.

Dexcom ONE+ har inte testats i sådana situationer. Vid användning under magnetröntgen, diatermi eller i ett skannat område för en CT-skanning kan magnetfälten och värmen skada komponenter i Dexcom ONE+ och leda till felaktiga sensorvärden eller förhindra varningar. Utan sensorvärden eller varningar kan du missa en allvarlig händelse med lågt eller högt glukosvärde.

Varningar

Innan du använder denna produkt ska du läsa anvisningarna i användarguiden för Dexcom ONE+, som finns på dexcom.com.

Ignorera inte symptom på lågt eller högt glukosvärde: Använd din blodglukosmätare för att fatta behandlingsbeslut när dina sensorvärden inte matchar dina symptom på lågt eller högt glukosvärde. Uppsök vid behov omedelbart läkarvård.

Ingen siffra, ingen pil, inget behandlingsbeslut baserat på din kontinuerliga glukosmätning: Använd din blodglukosmätare för att fatta behandlingsbeslut när ditt Dexcom ONE+-system inte visar både en siffra och en trendpil. Använd din blodglukosmätare även under sensorns uppvärmningsperiod på 30 minuter.

Använd inte om du går på dialys eller mår mycket dåligt: Dexcom ONE+ har inte utvärderats i dessa situationer och sensorvärdena kan vara felaktiga.

Sensortråden går av: Ignorera inte trasiga eller avslitna sensortrådar. Om det händer ska du kontakta Dexcoms tekniska support på **dexcom.com** eller din lokala Dexcom-representant.

Om en sensortråd går av eller slits av under huden och du inte kan se den ska du inte försöka avlägsna den. Kontakta din vårdgivare om du har infektions- eller inflammationssymptom – rodnad, svullnad eller smärta – på placeringsstället.

Plats för insättning – armen, buken eller skinkan: Alla patienter kan använda buken eller överarmens baksida. Patienter som är 2 till 6 år kan även välja att använda övre delen av skinkan. Sensorn är inte testad eller godkänd för andra platser. Diskutera den bästa platsen för dig med din vårdgivare.

Förvaringsplatser: Du kan förvara dina sensorer i rumstemperatur eller i kylen, mellan 2 °C och 30 °C, men inte i frysen.

Inspektera: Använd ingen skadad eller sprucken Dexcom ONE+ – det kan hända att en sådan inte fungerar som den ska och leder till skador på grund av elektriska stötar.

Använd enligt anvisningarna: Dexcom ONE+ är liten och utgör risk för kvävning om den sväljs.

Kontrollera inställningarna

Mobiltelefonens volym och ljud: Se till att volymen på din telefon är uppskruvad, inte tyst, och att högtalaren fungerar. Om din telefon är inställd på tyst läge, läget ”Helt tyst” eller ”Stör ej” får du inga varningar från Dexcom ONE+. När du har hörlurar anslutna till mobiltelefonen låter varningarna endast via hörlurarna, inte i mobiltelefonens högtalare.

Bluetooth trådlös teknologi: Se till att *Bluetooth* är på. Annars får du inga värden eller varningar.

Aviseringar:

- Se till att dina mobiltelefoninställningar följer Dexcoms rekommenderade inställningar. Vissa mobiltelefoninställningar som Androids Digitalt välmående och Apples Screen Time kan förhindra aviseringar om dessa inställningar är aktiverade.
- Tillåt aviseringar från Dexcom ONE+-appen att visas på din låsskärm. På så sätt säkerställer du att du får Dexcom-aviseringar och du kan se dem utan att låsa upp mobiltelefonen.
- Android-användare måste tillåta platstjänster, stör ej-åtkomst och varningar för att använda appen.
- Apple-användare måste tillåta Platstjänster för att använda appen.

Batteri: Håll batteriet laddat.

Kompatibilitet: Innan du uppgraderar din mobiltelefon eller dess operativsystem ska du kontrollera **dexcom.com/compatibility**. Automatiska uppdateringar av appen eller din mobiltelefons operativsystem kan ändra inställningarna eller stänga av appen. Uppdatera alltid manuellt och verifiera efteråt att enhetsinställningarna är korrekta.

När du är ansluten till internet kontrolleras appen regelbundet och visar ett meddelande om den inte är kompatibel (eller inte längre kompatibel) med din mobiltelefon eller din mobiltelefons operativsystem (OS). Meddelandet kan innehålla en tidsram för uppdateringar.

Tid: Låt datum och tid på din smartenhet uppdateras automatiskt när du reser mellan tidszoner eller växlar mellan standard- och dagsljussparande tider. Ändra inte din smartenhets tid manuellt – du kan missa att få värden eller varningar och tiden på trendskärmen kan bli fel.

Följ anvisningarna för användning av elektrisk utrustning:

Användning av andra tillbehör, kablar, adaptrar och laddare än de som specificeras eller tillhandahålls av tillverkaren av denna utrustning kan leda till ökad elektromagnetisk emission eller minskad elektromagnetisk immunitet hos utrustningen och till felaktig drift.

Portabel utrustning för radiofrekvenskommunikation (inklusive perifer utrustning som antennkablar och externa antenner) ska inte användas närmare än 30 centimeter från någon del av Dexcom ONE+ inklusive de kablar som specificeras av tillverkaren. I annat fall kan utrustningens prestanda försämras.

Du bör undvika användning av denna utrustning bredvid, eller staplad på/under, annan utrustning eftersom det kan leda till felaktig drift.

Modifiera ej: Inga modifieringar på Dexcom ONE+ är tillåtna.

Försiktighetsåtgärder

Säkert internet: Använd endast en mobil internetanslutning, ett pålitligt Wi-Fi-nätverk (som det i ditt hem eller på kontoret) eller använd en säker internetanslutning som en VPN-tjänst när du använder ditt Dexcom ONE+-system.

Använd inte osäkert offentligt Wi-Fi som gästnätverk hemma hos andra, restauranger, skolor, bibliotek, hotell, flygplatser, flygplan etc. De kan utsätta ditt Dexcom ONE+-system för virus eller hacking.

Kontrollera tillbehören: När du använder tillbehör som hörlurar, *Bluetooth*-högtalare eller smartklockor kan du få dina varningar på endast ett tillbehör, inte på alla. När du har anslutit något tillbehör ska du se till att din mobiltelefoninställningar tillåter att du tar emot varningar.

Ren och torr hud: Om placeringsstället och händerna inte är rena och torra löper du risk för infektion och att sensorn inte fastnar väl. Rengör placeringsstället med rengöringsservetter för att förhindra infektioner. Innan insättningen och under sensorsessionen ska du inte applicera insektsmedel, solskydd, parfym eller lotion på placeringsstället eller sensorn. Detta kan leda till att sensorn inte fastnar väl eller skada din Dexcom ONE+.

Hydroxiurea: Om du tar hydroxikarbamid kan dina sensorvärden bli felaktiga och leda till missade hypoglykemi-varningar eller felaktiga diabetesbehandlingsbeslut. Hur felaktiga värdena blir beror på mängden hydroxikarbamid i kroppen. Använd din mätare om du har tagit hydroxikarbamid.

Var noggrann och snabb: Om du kalibrerar ditt Dexcom ONE+-system med värdet från blodglukosmätaren ska du ange blodglukosvärdet på din mätare inom fem minuter efter blodglukosmätningen.

Använd fingertopparna: Använd ett blodglukosprov från fingertopparna när du kalibrerar eftersom blodglukosvärden från andra ställen kan vara mindre exakta och precisa. Kalibrering krävs inte men du kan genomföra en frivillig blodglukos-kalibrering för att anpassa till din mätare.

Starta inte efter sista förbrukningsdag: Starta inte en sensor efter dess sista förbrukningsdag (ÅÅÅÅ-MM-DD) eftersom det kan ge felaktiga resultat. Du kan starta en ny sensor på eller före dess sista förbrukningsdag. Det ger dig full användning.

Kontrollera förpackningen: Använd inte din Dexcom ONE+ om applikatorn och/eller det sterila locket har skadats eller öppnats – det kan leda till en infektion. Avlägsna inte locket förrän den är redo för injektion.

Plats för insättning – saker att kontrollera: Skyddsanordningen för Dexcom ONE+ är aktiverad tills du trycker ned applikatorn för Dexcom ONE+ mot huden. Gör detta endast när du är redo för injektion.

Ändra din plats för insättning med varje sensor så att huden läker.

Att gå igenom säkerhetskontroller: Du kan använda sensorn i Dexcom ONE+ när du går igenom metalldetektorer och en kroppsskanner med Advanced Imaging Technology (AIT). Om du gör det ska du använda din blodglukosmätare för behandlingsbeslut tills du lämnar säkerhetsområdet. Detta beror på att Dexcom ONE+ inte har testats med alla röntgen- och säkerhetsskannrar och du kanske inte kan ta med en display-enhet.

Du kan också be om en manuell visitering eller full kroppsvisitering och visuell inspektion istället för att gå igenom någon kroppsskanner eller lägga någon del av Dexcom ONE+ i bagageskannern.

Förvara din sensor nära display-enheten: Ha sensorn och display-enheten inom 6 meter från varandra utan hinder emellan. I annat fall kan det hända att de inte kan kommunicera.

Använd rätt komponenter: Komponenterna i Dexcom ONE+ är inte kompatibla med några tidigare Dexcom-produkter. Blanda inte med olika generationer.

Få varningar på den display-enhet du använder: För att få dina varningar ska du ställa in dem på den display-enhet du använder. Mottagaren får inte de varningar du ställer in i appen. På samma sätt får appen inte de varningar du ställer in på mottagaren.

Display-enheten är på: Se till att din display-enhet är på, annars får du inga sensorvärden eller varningar.

Share och Follow

Om den är tillgänglig i din region kan du med Dexcom Share skicka din sensorinformation från din app till dina följares smartenheter (Dexcom Follow-appen).

Använd som sekundär notis: Dina följares information är alltid äldre än din.

Varning

Använd inte följarnas information för analys, inlärning eller för att fatta behandlingsbeslut, som att behandla för lågt eller dosera för högt glukosvärde. Använd din Dexcom ONE+-app eller -mottagare för att fatta behandlingsbeslut.

Följ vårdgivarens råd: Share är inte avsedd att ersätta självmätning enligt råden från din vårdgivare.

Ytterligare information

Rapportera allvarlig händelse: Eventuella allvarliga incidenter som har inträffat i samband med denna enhet ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga hälsomyndigheten i landet där du bor.

Risker vid isättning: I sällsynta fall kan sensorinsättningen orsaka infektion, blödning eller smärta, och häftan kan irritera huden.

Övergripande noggrannhet (lägre är bättre): MARD-% (medelvärde absolut relativ skillnad) (% genomsnittlig absolut skillnad gentemot referensglukos över glukosnivåernas intervall): Vuxna, 8,7 %; barn, 8,5 %.

Förpackningens symboler

Symbolerna är på Dexcom ONE+-förpackningen. De visar hur Dexcom ONE+ används på rätt och ett säkert sätt. Några av dessa symboler kanske inte har någon betydelse i din region och listas endast i informationssyfte. Nedan hittar du en lista över alla symboler och deras respektive betydelse.

Symbol	Definition
	Bluetooth är på, enhetsparkoppling är möjlig
IPXX	IPXX grad av skydd mot intrång, se teknisk information för detaljer om produkten
UK REP	Ansvarig person i Storbritannien
UK CA	UK-märkning om överensstämmelse
ICASA	Sydafrikas oberoende kommunikationsmyndighet
R-NZ	Radioefterlevnad i Nya Zeeland

EC REP
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Germany

Dexcom Lithuania UAB
Šeimyniškių g. 19
LT-09312 Vilnius
Lithuania

CE
2797

Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA

+1-858-200-0200
dexcom.com

Utanför USA: Kontakta din lokala Dexcom-representant

Dexcom är ett registrerat varumärke som tillhör Dexcom, Inc. i USA och/eller andra länder. Övriga produkt- eller företagsnamn som eventuellt omnämns i denna publikation är varunamn, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare.

© 2023 Dexcom, Inc. All rights reserved

AW-1000311-907 Rev 002 MT-1000311-907
Rev Date: 2023/09